

设备售后安装条件

尊敬的客户：您好！感谢您的信赖，选择本公司产品，本公司为您提供专业的售后安装服务，将为您安装好我们的产品，方便您使用。请您仔细阅读以下安装条件需求，并准备好必要的安装条件，谢谢。如果因为您没有准备好所必须的安装条件造成我们第一次售后安装服务无法安装调试好本公司产品，第二次的售后安装服务将会产生一定的费用，请您知晓。

项目	要求	提供单位	备注
供电	电源 高温炉电压单相 220VAC ± 10%，频率 50HZ，功率 2.5KW	客户提供	
	空气开关  AC220V 连接空气开关，需准备不小于 16A 的空气开关	客户提供	
	新国标插线板 需准备两个单相电压 AC 220V/50HZ，最大电流 10A 的插线板 		
接地	电阻小于 4Ω 的接地线	客户提供	
气源 	工作气体：需要一瓶 40 升的工作气体（氩气或氮气）	客户提供	气瓶需配上减压阀，出气口需连接 φ6.35 的聚四氟管

水冷机 	KJ-5000	客户选配	
--	---------	------	--

15	螺丝		套	8	
16	屏蔽网罩	内径Φ302*L380	个	1	
17	保修证书		本	1	
18	水冷机	CW-5000	台	1	选配
19	双级真空泵	VRD-8/220V/50HZ/60 HZ(含油雾过滤器)	个	1	
20	高真空手动挡板阀	GD-J25	个	1	
21	波纹管	KF25*1200mm	根	1	已安装
22	薄膜测厚仪系统	STM-2 USB	台	1	选配
23	快插接头	φ12 转 φ4	个	2	
24	晶片		盒	1	
25	说明书		本	2	
	检验人				审核人